


PICCLINE/MIDLINE : ATTENTION AU RISQUE DE CONFUSION !

PICline = Voie centrale

~ 45 cm


Extrémité
du cathéter



MIDline = Voie périphérique

~ 20 cm

Extrémité
du cathéter



Indication :

Utilisation d'une voie veineuse centrale pour > 7 jours

- Produits autorisés :
- Produits irritants ou vésicants
 - Osmolalité > 900mOsm/L
 - Chimiothérapie
 - Nutrition parentérale complète
 - Hautes concentrations
 - Antibiothérapie, analgésie...

Pose : Conditions d'asepsie chirurgicale

Retrait : geste IDE sur prescription et à condition qu'un médecin puisse intervenir à proximité si besoin

Indication :

Utilisation d'une voie veineuse périphérique pour > 7 jours et **maximum** 30 jours (au-delà risque infectieux majoré!)

- Produits autorisés :
- Produits non irritants, non vésicants
 - Osmolalité < 900 mOsm/L
 - Antibiothérapie, analgésie...

Contre-indication (produits veinotoxiques) : chimiothérapie, hautes concentrations, nutrition parentérale (sauf Perikabiven®)


Pose : Conditions d'asepsie chirurgicale

Retrait : geste IDE sur prescription médicale

PICCline / Midline

Pansement :

- 1 fois/semaine.
- Pansement semi-perméable transparent.
- Retrait du pansement transparent par étirement.
- Changement stabilisateur + valve si présente.
- Masque soignant + patient.
- Antiseptique alcoolique (Bactiseptic® ou Chloraprep®).
- Traçabilité dans le dossier.



PICC avec valve intégrée

NE PAS ajouter de valve bidirectionnelle
Ajouter un bouchon stérile changé à chaque utilisation

PICC sans valve intégrée

Ajouter une valve bidirectionnelle

Changement de la valve au maximum tous les 7 jours



Ablation du StatLock®



Décoller une ailette. La replier contre la partie adhésive dessous pour éviter qu'elle n'adhère aux gants.



Décoller la seconde ailette et la replier également. Décoller délicatement le bas du StatLock®.



Ouvrir un volet transparent par la partie basse tout en maintenant le cathéter pour éviter qu'il bouge.



Ouvrir le second volet transparent par sa partie basse.



Soulever le cathéter de son emplacement de quelques centimètres du bas vers le haut. Sortir le cathéter des picots bleus. Avec l'autre main, finir de décoller le StatLock®.



Replacer le cathéter sur la peau du haut vers le bas. Sécuriser le cathéter avec la bandelette au plus loin de l'embase.



Rinçage pulsé :

- Après chaque injection
- Si non utilisé > 4 jours : au moment du pansement.
- Minimum **10mL** de NaCl 0,9%
- **2x10mL** après bilan sanguin, transfusion, nutrition parentérale ou produit contraste.



Manipulation & Surveillance :

- Surveillance quotidienne du point de ponction + Traçabilité.
- SHA + Compresses stériles imbibées d'alcool.

!! Retrait du PICC par l'IDE si un médecin peut intervenir !!